

تعلن لجنة الشراء الرئيسي في الجامعة الألمانية الأردنية عن طرح العطاء التالي:

رقم دعوة العطاء	موضوع العطاء	ثمن النسخة غير مستردة بالدينار	آخر موعد لشراء نسخ العطاء	آخر موعد لاستلام وفتح العروض
2021/8	شراء أجهزة لتغطية احتياجات مشروع بحث علمي لكلية العلوم الطبية التطبيقية.	50 دينار	2021/9/9	2021/9/20

على الراغبين بالاشتراك في هذا العطاء المبين أعلاه مراعاة ما يلي:

- أولاً: مراجعة أمين سر لجنة الشراء الرئيسي/لوازم حتى ظهر يوم الخميس الموافق 2021/9/9 وقبل الساعة الواحدة مساءً للفترة الموضحة أعلاه في مقر الجامعة والكائن في منطقة المشقر – مبنى دائرة اللوازم والعطاءات (S) مصطحبين معهم الوثائق التالية: -
- ختم الشركة وتفويض من الشركة للمندوب بتوقيع نسخة الإقرار الخطي واستلام نسخة العطاء والآن يتم بيع نسخة العطاء.
- رخصة مهن سارية المفعول.
- شهادة تسجيل سارية المفعول صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة لتسلم الشروط والمواصفات.
- ثانياً: تقدم العروض على نسختين (أصلية وصورة) بالإضافة إلى النسخة الالكترونية وتوضع كل نسخة في مغلف منفصل.
- ثالثاً: يرفق بالعرض كفالة مالية أو شيك مصدق بما يعادل (3%) من قيمة العطاء وذلك ضماناً للاشتراك فيه ويوضع في مغلف منفصل.
- رابعاً: توضع المغلفات الثلاثة في مغلف واحد مختوم ويكتب عليه اسم المناقص ورقم العطاء وموضوعه ويسلم إلى أمين سر لجنة الشراء الرئيسي/لوازم في الجامعة في موعد أقصاه الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2021/9/20 ولن يقبل أي عرض يرد بعد ذلك.
- خامساً: سوف تهمل أي مناقصة غير مستوفية لكافة الشروط المذكورة أعلاه.
- سادساً: أجور الاعلان على من يرسو عليه العطاء، مهما تكررت مرات الاعلان.
- سابعاً: يحق للجامعة إلغاء العطاء المبين أعلاه دون ابداء الأسباب وبدون أن يترتب على هذا الإلغاء أي مطالبة مالية أو قانونية.

رئيس لجنة الشراء الرئيسي/لوازم

## دعوة عطاء رقم (2021/8)

موضوع دعوة العطاء: شراء أجهزة لتغطية احتياجات مشروع بحث علمي لكلية العلوم الطبية التطبيقية  
التاريخ: 2021/8/26

المناقص: .....

تحتاج الجامعة الألمانية الأردنية وهي جامعة حكومية رسمية إلى شراء أجهزة لتغطية احتياجات مشروع بحث علمي لكلية العلوم الطبية التطبيقية  
يرجى تقديم عرضكم لهذا الطلب وفق التعليمات والشروط العامة والخاصة والمواصفات المرفقة بدعوة العطاء، هذا ويشترط للنظر في عرضكم أن يقدم على النموذج المرفق وسوف لا ينظر في أي عرض يقدم بعد الموعد المحدد.

- آخر موعد لقبول وفتح العروض الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2021/9/20 على أن تودع كافة وثائق دعوة العطاء والعرض الفني والمالي موقعة ومختومة في صندوق لجنة الشراء الرئيسي/لوازم.
- يجب تعبئة النموذج المرفق في الصفحة رقم (2) بكامل التفاصيل المطلوبة (اجباري).
- يجب ختم جميع الأوراق التالية بختم المناقص الرسمي :
- 1- دعوة العطاء الأصل بكاملها (المختومة بختم الجامعة الأصلي ) واعادتها بعد تعبئة نموذج عرض الأسعار في الصفحة رقم (2) .
- 2- العرض المقدم من المناقص (صورة واصل) واي أوراق أخرى ومراسلات وكتالوجات متعلقة بالعطاء وموجودة بمغلف العطاء المقدم

واقبلوا فائق الاحترام

نموذج اجباري يجب تعبئته تحت اائلة استبعاد العرض

الجامعة الالمانية الاردنية

نموذج عرض الأسعار

السادة لجنة الشراء الرئيسي / لوازم /الجامعة الألمانية الأردنية

بناء على دعوة طرح العطاء رقم (2021/8)، ووفقاً للتعليمات العامة والخاصة والمواصفات المرفقة بها فإنني أقدم عرضي وأوافق على أن أقوم بتقديم الخدمة المطلوبة وبالأسعار والشروط والمواصفات الواردة في هذا العرض.

وإنني ألتزم بأن يبقى العرض ساري المفعول لمائة وعشرون يوماً (120) اعتباراً من تاريخ (..... / ..... / .....) (تاريخ اخر موعد لتقديم وفتح العروض)

نزفق بطيه التأمين المطلوب بقيمة (.....) ديناراً، بموجب الكفالة/الشيك رقم..... الصادر/المسحوب على بنك .....

كما ونعلمكم بأننا قد دفعنا ثمن نسخة العطاء المقرر بموجب الإيصال رقم.....

تاريخ (..... / ..... / .....)

- اسم المناقص: .....

- هاتف: .....

- البريد الالكتروني الرسمي: .....

- ذكر البنود المطلوبة ادناه

- القيمة الاجمالية للعرض (شاملة للضريبة العامة على المبيعات ومعفية من الضريبة العامة على المبيعات )

- اجمالي عرض السعر (شامل الضريبة ) .....

- اجمالي عرض السعر (معفي من الضريبة ) .....

• المرفقات: -

1- .....

2- .....

3- .....

4- .....

- (مع الاخذ بعين الاعتبار عند احتساب قيمة كفالة دخول العطاء ان يتم الاحتساب بناءا على السعر الشامل للضريبة العامة على المبيعات وليس المعفي

من الضريبة اما في العرض الرئيسي المقدم او في حالة تقديم بدائل ايهما اعلى سعر)

- يجب ان يعبأ النموذج بالكامل وأن يرفق بالعرض عند تقديمه للجامعة

المفوض بالتوقيع

دعوة عطاء رقم (2021/8)  
شراء أجهزة لتغطية احتياجات مشروع بحث علمي لكلية العلوم الطبية التطبيقية  
التاريخ: 2021/8/26

تحتاج الجامعة الألمانية الأردنية إلى تقديم الخدمة المبينة تفصيلها وفقاً للشروط العامة التالية:

1.أ. يقدم العرض باللغة العربية على النموذج المقرر - إن وجد - مطبوعاً أو مكتوباً بخط واضح خال من الكشط أو المحو أو التعديل أو الإضافة، إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك وعندها على المناقص التوقيع بجانب الكشط أو المحو أو التعديل أو الإضافة، وان يشمل العرض على القيمة الاجمالية بحيث تكون مدونة بشكل واضح وفي خلاف ذلك للجنة الحق باستثناء العرض.

ب. لا تقبل العروض غير الموقعة من مقدميها أو من وكلائهم أو التي قدمت بعد الموعد المحدد لتقديمها.

ج. على المناقص أن يقوم بإعادة نسخة دعوة العطاء والتي تم شراؤها والمختومة بختم الجامعة الأصلي موقعة

و مختومة من قبل المناقص بالإضافة وذكر عرض السعر في الخانة المحددة بالصفحة الثانية من الدعوة.

د. لا يجوز ادخال أي تعديل أو إجراء أي تبديل أو كشط في نموذج العرض للمناقصة أو أي من وثائق المناقصة المرفقة به من قبل المناقص باستثناء تعبئة المواقع المطلوب تعبئتها وإذا أجرى المناقص أيّاً من تلك التعديلات أو التبديلات أو الكشط أو إذا أخل بأي من هذه التعليمات فيجوز للجنة إهمال عرضه، وإذا أراد المناقص تقديم بعض الشروط أو التحفظات أو البدائل التي تناسبه فإن باستطاعته تضمين ذلك في مذكرة خاصة منفصلة ترفق بالعرض.

هـ. يقدم العرض على نسختين (أصل وصورة) توضع كل نسخة في مغلف منفصل مختوم باسم (لجنة الشراء الرئيسي /لوازم -الجامعة الألمانية الأردنية) ومكتوب عليه بخط واضح اسم المناقص وعنوانه ورقم دعوة العطاء وموضوع الدعوة.

2. على المناقص أن يبين في عرضه عنواناً ثابتاً ترسل إليه جميع المراسلات المتعلقة بالعطاء، وعليه أن يبلغ اللجنة بكتاب مسجل عن أي تغيير أو تعديل في عنوانه وإلا فإنها لن تكون ملزمة بمراجعة هذا التغيير أو التعديل، وتعتبر جميع المراسلات التي تترك في العنوان المذكور أو ترسل له بالبريد كأنها وصلت فعلاً وسلمت في حينها ويصبح تبليغاً رسمياً للمناقص متوجاً بكافة اثاره القانونية.

3.أ. على المناقص أن يضع أسعاره رقماً وكتابه على النموذج - إن وجد - ويرفض أي عرض يحدث فيه المناقص تشويشاً في أسعاره، واللجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المناقص في وضع الأسعار.

ب. لا تتحمل الجامعة أية مسؤولية أو تعويض من جراء ارتفاع أسعار المواد والتجهيزات أو أجور الأيدي العاملة أو أية رسوم إضافية أو عن الخسارة في المعدات والآلات والتجهيزات المستعملة من قبل المتعهدين.

4-أ. على المناقص أن يرفق بالعرض، لصالح الجامعة الألمانية الأردنية ولأمرها فقط، تأميناً للدخول في العطاء (BID-BOND)

على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر عن احد البنوك العاملة في المملكة لا يقل عن (3%) ثلاثة بالمئة من قيمة اعلى عرض مقدم

بما فيها حال وجود بدائل اختيارية (مع الاخذ بعين الاعتبار عند احتساب قيمة كفالة دخول العطاء ان يتم الاحتساب بناء على السعر الشامل

للضريبة العامة على المبيعات وليس المعفي من الضريبة اما في العرض الرئيسي المقدم او في حالة تقديم بدائل ايها اعلى سعر مقدم ) ، تحت

□ انثلة استبعاد العرض تكون سارية المفعول لمدة لا تقل عن (120) يوم من تاريخ اخر موعد لتقديم وفتح العروض ولا ينظر في

العروض غير المعززة بتلك التأمينات، وبحيث يتم ذكر أسم المناقص ورقم العطاء على هذا التأمين بوضوح.

ب. تأميناً لحسن التنفيذ (PERFORMANCE-BOND) بنسبة (10%) عشرة بالمئة من قيمة العطاء أو المواد المحالة لأمر (الجامعة الألمانية الأردنية) على شكل كفالة مصرفية غير مشروطة أو شيك مصدق من قبل أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في المملكة وتقديم هذه الكفالة خلال المدة المذكورة في قرار الإحالة من تاريخ التبليغ بالقرار تبقى سارية المفعول لحين تسليم اللوازم أو الأشغال أو القيام بالخدمة المطلوبة ، ويحفظ هذا التأمين لدى الدائرة المالية في الجامعة كضمان لتأمين تنفيذ العطاء على الوجه الأكمل ولاستيفاء المبالغ التي قد تكون دفعت زيادة عن المبالغ الواجب دفعها وكذلك لاستيفاء الغرامات والتعويضات وفروق الأسعار أو التكاليف التي تستحق لحين الانتهاء من تنفيذ العطاءات.

5. تقدم الأسعار الإفرادية بالدينار الاردني على أن يتم بيان قيمة العرض الإجمالية بشكل واضح.

6.أ. يلتزم المتعهد ببندود الشروط الخاصة.

ب. تحسب غرامات التأخير بنسبة 15% من قيمة العقد المبرم مع المتعهد بموجب أحكام نظام المادة (101/أ) على أن يكون الحد الأدنى للغرامة مبلغ وقدره 275 دينار عن كل يوم تأخير.

7. يلتزم المناقص بأسعاره لمدة (120) يوماً، ويعتبر توقيعه على نموذج عرض المناقصة التزاماً بذلك.

8.أ. يشتر □ أن تكون تفاصيل العرض المقدم مطابقة للشروط □ المرفقة في دعوة العطاء واللجنة أن تهمل أي عرض مخالف لذلك.

ب. يجوز للمناقص ان يرفق مع عرضه بعض البدائل الاختيارية والتي يجب أن تكون مغطاة بتأمين دخول العطاء واستبعاد العرض او البديل غير المغطى بتأمين دخول العطاء استنادا للمادة (12/ج) من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019

9. ترفق بالمناقصات صورة عن السجل التجاري ورخص المهن سارية المفعول.

10. تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض لا يكون واضحاً بصورة كافية أو يحتمل أكثر من تفسير أو إذا كان ناقصاً، أو لم يقدم

على النموذج المقرر المرفق بدعوة العطاء ويكون تقدير اللجنة بعدم الوضوح كافياً لاستبعاد العرض.

11. يجوز للمناقص سحب عرضه بمذكرة موقعة منه تودع في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح العطاء
12. تقبل اللجنة أي تخفيض في الأسعار الواردة في العرض يصلها بمذكرة تودع في صندوق العطاءات قبل موعد فتح العطاء.
13. للجنة الحق في تجزئة مضمون دعوة العطاء أو الغائه كلياً أو جزئياً إذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك، دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في المطالبة بأية خسارة أو ضرر ناتج عن ذلك.
14. إذا وجد في أي من العروض المقدمة نقص أو خطأ أو تناقض بين حساب جملة أي مبلغ وما يجب أن تكون عليه هذه الجملة بتطبيق السعر الموضوع لأي بند فللجنة تطبيق احكام المادة رقم 38 من نظام المشتريات الحكومي رقم 28 لعام 2019.
15. يوقع الشخص الذي أحيل عليه أي عطاء عقداً لتنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات المقررة في دعوة العطاء على أن ينص في العقد على أن تلك الشروط والمواصفات والأمر الأخرى الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة أو الملحقة به والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام تعتبر جزءاً لا يتجزأ من ذلك العقد.
16. إذا لم يتم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار الإحالة بتوقيع عقد تنفيذ العطاء وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة يحال الموضوع للجنة الشراء لاتخاذ القرار المناسب سنداً لأحكام المادة رقم 41/هـ من نظام المشتريات الحكومي رقم 28 لعام 2019.
17. تسري جميع أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لعام (2019) والتعليمات الصادرة عنه على جميع عمليات الشراء الصادرة للالتزام بها في جميع الأحوال.
18. يدفع المتعهد المحال عليه العطاء الطوابع القانونية ورسوم الإحالة ورسوم العقود والرسوم الإضافية وأية رسوم أخرى مستحقة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها ويتم تسديد هذه الرسوم والطوابع عند التوقيع على قرار الإحالة.
19. تعتبر هذه الشروط وثيقة من وثائق العطاء على المناقص التوقيع عليها وختمها بخاتمه الخاص ورافقها بمناقصته.
20. يقدم المناقص أو وكيله عرض سعر شامل للضريبة العامة على المبيعات وعرض سعر آخر معفي من الضريبة العامة على المبيعات استناداً لكتاب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات كتاب رقم (11073/9/1) تاريخ 2019/7/25 وكتاب وزارة المالية رقم ( د ج ) (27886/14/11/120) تاريخ 2019/7/10 مبيناً فيه القيمة الإجمالية للعرض بحيث تكون محسوبة وواضحة رقماً وكتابة.
21. يراعي المناقص عند تقديم العرض الفني والمالي ان تكون مدة التسليم الواردة في عرضه شاملة (مدة التوريد والتركيب، والتشغيل والتدريب والاستلام النهائي) استناد الاحكام المادة (22) من تعليمات تنظيم إجراءات الشراء لعام 2019.
22. الجامعة لن تتحمل أية ضرائب جديدة قد تفرض و / أو تزداد على المواد المحالة على الشركات المختلفة بموجب قرارات الإحالة الخاصة بالعطاءات والتي يتم فرضها و / أو زيادة نسبتها خلال فترة التوريد و / أو تأخر هذه الشركات بالتوريد.
23. يودع العرض من قبل المناقص أو وكيله في صندوق العطاءات في المكان المخصص له في الجامعة في موعد أقصاه الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق (2021/9/20) .

24. سوف يتم تقييم العروض على اساس السعر والقيمة الاجمالية للعروض المقدم واستيفاء المتطلبات الواردة في وثائق الشراء (تقديم عرض فني ومالي معا) من قبل المناقص استنادا لاحكام المادة (32) من تعليمات إجراءات المشتريات الحكومية لعام 2019.
25. يحق للجامعة الغاء العطاء دون ابداء الأسباب وبدون أن يترتب على هذا الالغاء أي مطالبة مالية أو قانونية.
26. تلتزم الشركة المحال عليها بأن يكون الرقم الضريبي للشركة واضحا في العرض المقدم للجامعة.
27. يجوز للمناقص لـب ايضاحات او اعتراضات على وثائق الشراء لمدة لا تزيد عن يومين من تاريخ استلام نسخة دعوة العطاء.
28. اذا وجد تعارض في وثائق الشراء بين الشروء العامة والشروء الخاصة فيؤخذ بما ورد في الشروء الخاصة استنادا لأحكام المادة (23) من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019
29. للمناقص الحق في الاعتراض على اي قرار او اجراء تم اتخاذه من قبل لجنة الشراء.
30. تحتفظ لجنة الشراء لنفسها بالحق في رفض كل العروض المقدمة اليها او الغاء اجراءات دعوة العطاء وفقا لأحكام نظام المشتريات الحكومي رقم 28 لعام 2019.
- 31 للجامعة الحق بإلغاء عملية الشراء قبل الموعد النهائي لتقديم العروض دون ان يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع على الجامعة باي خسارة او ضرر او اية التزامات مادية او غير مادية مقابل ذلك للحالات المبينة في المادة رقم 42 من احكام النظام رقم 28 لعام 2019.
32. للجنة الشراء الحق في رفض كل العروض المقدمة اليها او الغاء إجراءات الدعوة وفقا لاحكام نظام المشتريات الحكومية رقم 28 لعام 2019 استنادا لأحكام المادة (17/30) من تعليمات تنظيم إجراءات الشراء لعام 2019.
33. لا تقبل العروض التي ترد الى الجهة المشتريية الا وفقا للطرق والاليات المحددة في وثائق الشراء استنادا لاحكام المادة 24 من تعليمات تنظيم إجراءات الشراء لعام 2019.
34. إذا لم يتم المتعهد بتنفيذ التزاماته جميعها بموجب العقد او أي جزء منها او تأخر بتنفيذ ما التزم به بالموعد المحدد بالعقد فللجنة تطبيق بنود المادة (60) من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019.
35. يلتزم المتعهد المحال عليه العطاء بتقديم كفالة صيانة للوازم التي تتطلب ذلك بمقدار (5%) من قيمة العطاء على شكل كفالة بنكية او شيك مصدق صادر عن أحد البنوك او المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في المملكة تبقى سارية المفعول حتى انتهاء فترة الصيانة ولمدة عام واحد على أن تكون سارية المفعول اعتباراً من تاريخ التسليم الفعلي وتشغيل الأجهزة بشكل كامل وفعال وورود تقرير فني بذلك من الجهة صاحبة العلاقة.

36. يلتزم المورد بتقديم ضمانات من سوء المصنعية مصدقة من كاتب العدل تحتوي رقم قرار الإحالة وبكامل قيمة اللوازم المضمونة مضافا إليها (15%) خمسة عشر بالمئة من قيمتها الا إذا ورد خلاف ذلك في وثائق دعوة العطاء لمدة عام واحد من تاريخ الاستلام النهائي استنادا لأحكام المادة (18/أ) من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019.
37. يلتزم المتعهد باستبدال اللوازم التي ثبت سوء مصنعتها خلال فترة ضمانات سوء المصنعية بلوازم جديدة وعلى نفقته وفي جميع الأحوال يجب أن يتم استبدالها خلال شهرين كحد أقصى من تاريخ تبليغ المتعهد ولجنة الشراء فرض غرامة تتناسب مع مدة استبدال اللوازم والضرر والنفقات الناتجة عن ذلك ويعاد احتساب مدة الضمانة من تاريخ الاستلام النهائي للوازم الجديدة استنادا لأحكام المادة (18/ج) من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019.
38. إذا لم يتم المتعهد باستبدال اللوازم التي ثبت سوء مصنعتها حسبما ورد في البند أعلاه فيتم تحصيل قيمة الضمانة كاملة بموجب قانون تحصيل الأموال العامة أو أي وسيلة أخرى ويصادر (15%) خمس عشرة بالمئة من قيمة اللوازم التي ثبت سوء مصنعتها ايرادا لحساب الخزينة ويودع الباقي امانات لشراء اللوازم على حساب المتعهد وتحمله فروق الأسعار واي نفقات او ضرر يلحق بالجهة المستفيدة استنادا لأحكام المادة (18/د) من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019.
39. يتعهد المناقص أن تكون اللوازم الموردة جديدة 100% وخالية من أي عيوب مصنعية ومن □ راز حديث ولم يتوقف انتاجها استنادا لأحكام المادة (21/ب) من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019.
40. للمناقص الذي يدعي بوجود الظروف الطارئة المشار إليها في البند (3) من الفقرة (ب) من مادة رقم (96) من نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لعام 2019، ان يقدم □ لبا خطيا الى لجنة الشراء عن نشوء تلك الظروف خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام من تاريخ وقوعها مبينا في أسباب تمديد العقد والوثائق التي تثبت ذلك ، استنادا للبند (ج) من المادة رقم (96) من نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لعام 2019.
41. يجوز دفع دفعة مقدمة للمتعهد بقرار من لجنة الشراء الرئيسي /لوازم بنسبة لا تتجاوز (15%) من قيمة الإحالة بحد أقصى ووفقا لما تراه اللجنة مناسبة وبالذسبة التي تراها مناسبة مقابل تقديم المتعهد لتأمين بنكي غير مشرو □ يغطي كامل قيمة الدفعة المقدمة وفقا لاحكام المادة (65) من تعليمات تنظيم إجراءات الشراء لعام 2019.

يشتر □ توقيع وختم جميع الاوراق المرفقة بالعرض الخاص بالشركة من قبل المتعهد

رئيس لجنة الشراء الرئيسي /لوازم

الأستاذ الدكتور رامي الازرعي



المواصفات الخاصة بالعطاء رقم (2021/8) شراء أجهزة لتغطية احتياجات مشروع بحث علمي لكلية العلوم الطبية التطبيقية

Special Conditions; All instruments should be provided with all necessary parts, consumables and software needed for the commissioning and the initial operation			
Item No.	Item	Specifications	Quantity
1	Electrochemical Detector for Chromatographic Separation (Detector for electrochemical probing of eluents from liquid chromatographs)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provider of the detector is responsible for any hardware and software connections and operation with Thermo Dionex 3000 UPLC/HPLC Ultimate. The warranty must include full communication of the electrochemical detector with the HPLC</li> <li>• Operates in the three common modes in electrochemistry;                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan mode</li> <li>2. Pulse or pulse amperometric detection mode</li> <li>3. DC mode</li> </ol> </li> <li>• <b>Scan mode</b> with the following specifications                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. -2.5 to +2.5 V potential window with 10 mV increments</li> <li>2. 10 nA to 200 µA current detection range with auto scale correction among the ranges</li> <li>3. Scan with rate in the 1 to 100 mV/s scan range</li> <li>4. Performs linear scan, one and multiple cyclic voltammograms</li> </ol> </li> <li>• <b>Pulse mode</b> with the following specifications                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. -2.5 to +2.5 V potential window with 10 mV increments</li> <li>2. 10 nA to 200 µA current detection range with auto scale correction among the ranges</li> <li>3. Provided with filter for S/N enhancement, function in the 0.001 to 0.500 Hz</li> <li>• Pulse times between 10 and 200 ms and selectable sampling times DC mode</li> </ol> </li> <li>• <b>DC mode</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. -2.5 to +2.5 V potential window with 10 mV increments</li> <li>2. 10 nA to 200 µA current detection range with auto scale correction among the ranges</li> <li>• <b>DC mode</b> 10 pA - 200 µA in 1, 2, 5 increments</li> </ol> </li> <li>• Configuration, service, and diagnostic modes must be available</li> <li>• Compatible with any liquid chromatograph</li> <li>• Oven for column temperature control for up to 60°C</li> <li>• Detector accessories                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voltammetric cell with replaceable working electrodes                                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Three electrode thin layer cell</li> <li>2. Ag/AgCl reference electrode</li> <li>3. Glassy carbon working electrode</li> <li>4. Cell accessories like reference electrode filling solution and working electrode polishing kit</li> </ol> </li> </ul> </li> </ul>	1
2	Chromatography Columns	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Columns and guard columns for electrochemical detection</li> <li>• Operate over wide pH range                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 µm C18 100 Å, LC Column 250 x 4.6 mm, reversed phase, fully porous silica</li> <li>• 3 µm C18 130 Å, LC Column 150 x 2.1 mm, reversed phase, Spherical, Fully Porous, Base-Deactivated Silica</li> <li>• 5 µm C18 100 Å, LC Column 250 x 4.6 mm, reversed phase, spherical silica gel carrier</li> <li>• 4 µm ion exchange LC column, crosslinked resin stationary phase</li> <li>• C18 guard column, 40x4.0 mm</li> <li>• 3 µm C18 110 Å, LC Column 100 x 4.6 mm, reversed phase, fully porous silica with Ammonium – sulfonic acid (zwitterionic) modification</li> </ul> </li> </ul>	5
3	Conductivity meter with probe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conductivity meter with probe</li> <li>• Automatic temperature compensation</li> <li>• Sleeve protected conductivity probe</li> <li>• 0.001 µS to 3000 mS conductivity range</li> <li>• Three at least conductivity point calibration (Calibration solutions included)</li> <li>• Display screen</li> <li>• 10-60°C temperature measurement range</li> <li>• Probe stand and holder are provided</li> <li>• 0.5% conductivity accuracy</li> <li>• Filling, storage, calibration, and cleaning solutions are included</li> </ul>	1
4	Trace metals digestion unit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Heating places: 3 is preferred, Max Temp: 450°C</li> <li>• Size of tubes: 100-300 ml, All needed parts are included</li> <li>• Temperature Calibration: Automatic, Stability of the heating block temperature: ± 0.5 °C</li> <li>• Precision of the heating block temperature: ± 0.5 °C</li> <li>• Digestion time range: 1 minute to 12 hours, Time selection: 1 minute steps</li> <li>• Programmable with at least 6 heating programs with selectable heating ramps, 3 at least</li> <li>• Automatic detection and alarm message for damaged probes</li> <li>• Delivery includes Complete System, including: Digestion tubes, water condenser, Trace metal condensation traps, Exhaust manifold, Water jet pump, Recirculating Water Pump and Scrubber for removal of fumes from the Digestion process.</li> </ul>	1
5	Solid Liquid Extractor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Three independent extraction stations</li> <li>• 100-150 ml extraction beakers</li> <li>• Accessories and trimbles provided (pack of 10), with holders</li> <li>• Tongs for extraction beakers, 90% solvent recovery</li> <li>• Low water consumption</li> <li>• 1.0°C or less temperature accuracy</li> <li>• Recirculating cooler</li> <li>• Control unit</li> </ul>	1
6	Micro-pipettes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Three adjustable volume ranges (0.50 -10 µL), (10-100 µL), and (100-1000 µL)</li> <li>• Tips pack of 1000 for each micropipette is included</li> </ul>	3
7	Microwave Digestion System	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Outlets for removal of gaseous products</li> <li>• Digestion of pharmaceuticals, food, agricultural, and dairy samples</li> <li>• Resistant to hydrofluoric acid</li> <li>• 8 vessels at least per tray</li> <li>• Vessel accommodates 25 ml sample total volume, for liquid samples and at least 2.5 g for solid samples</li> <li>• Ventilation release of excess pressure</li> <li>• Programmable with at least 5 different T and/or P programs, with method development and storing options</li> <li>• Automatic control of both digestion temperature and pressure</li> </ul>	1
8	Vacuum manifold for 12 positions	<ul style="list-style-type: none"> <li>• For solid phase extraction</li> <li>• Provided with all needed accessories</li> <li>• Needed consumable, C18 and nylon cartridges, 100 each</li> <li>• Compatible vacuum pump included</li> <li>• Receiving vials for HPLC analysis, pack of 100</li> </ul>	1
9	Mobile phase degasser	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible with Agilent 1100 Chromatograph</li> <li>• Two degasser channels</li> </ul>	1